名称：威海中测测试科技股份有限公司

地址：山东省威海市高区初村骏山路-62-6 号

注册号：CNAS L11936

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2023 年 01 月 11 日　　截止日期：2025 年 01 月 22 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	电工电子产品	1	振动	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦) GB/T 2423.10-2019	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
				环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fh:宽带随机振动和导则 GB/T2423.56-2018	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
		2	冲击	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T2423.5-2019	只测：最大推力≤200kN，加速度≤800m/s²	2023-01-11

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	轨道交通 机车车辆设备（安装在铁路机车车辆上的机械、气动、电气和电子设备或部件）	1	振动	轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 GB/T 21563-2018	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
				铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验 TB/T 3058-2002	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s² 仅对特殊用户特殊产品	2023-01-11
3	医用电器设备	1	振动	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 11.7	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
4	专用装备	1	振动	军用装备实验室环境方法第 16 部分：振动试验 GJB 150.16A-2009 6	只测：程序 I——一般振动，最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
5	分析仪器	1	振动	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 9	只测：最大推力≤100kN，频率范围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	2023-01-11
6	电子测量仪器	1	振动	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.3	只测：最大推力≤100kN，频率范	2023-01-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					围 5Hz～2500Hz，加速度≤800m/s²	
7	石油地震检波器	1	(动圈式检波器)自然频率	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.1		2023-01-11
		2	(动圈式检波器)线圈电阻	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.2		2023-01-11
		3	(动圈式检波器)阻尼系数	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.3		2023-01-11
		4	(动圈式检波器)灵敏度	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.4		2023-01-11
		5	(动圈式检波器)失真度	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.5		2023-01-11
		6	(动圈式检波器)假频	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.6		2023-01-11
		7	(动圈式检波器)绝缘电阻	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.7		2023-01-11
		8	(动圈式检波器)工作倾角	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.1.8		2023-01-11
		9	(三分量检波器)单个分量技术指标	石油地震检波器 GB/T 24260-2020 6.5.3.1		2023-01-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证